ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 4 месяцев;
- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 9 месяцев;
- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;
- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот№1 Предмет договора: Поставка диагностических наборов для биохимии, совместимые с автоматическими биохимическими анализаторами производства Human, (Германия)

Объем и характеристики поставляемого товара:

№ п/п	Наименование	Описание, характеристики	Ед. изм.	Остаточный срок годности	Требуемое количество
1	Набор реагентов для определения альфа-амилазы (Alpha-Amylase liquicolor) 780(3х260) №12028600	Общая амилаза ИВД, реагент. Для анализатора Humastar 600. Упаковка: 780 (3х260) тестов. На каждый из флаконов с реагентом в наборе нанесен идентификационный штрих-код, обеспечивающий автоматическое считывание анализатором информации о назначении реагента, количестве тестов, номере лота и дате истечения срока годности. Пробы: сыворотка, плазма. Метод измерения: кинетический, CNPG3, IFCC.	набор	не менее 5 месяцев	4
2	Набор реагентов для определения АЛТ (GOD (ALAT) liquiUV), 1550(5х310) тестов №12022600	Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для анализатора Humastar 600. Упаковка: 1550 (5х310) тестов. На каждый из флаконов с реагентом в наборе нанесен идентификационный штрих-код, обеспечивающий автоматическое считывание анализатором информации о назначении реагента, количестве тестов, номере лота и дате истечения срока годности. Пробы: сыворотка, плазма. Метод измерения: кинетический, по рекомендации IFCC.	набор	не менее 5 месяцев	6

3	Набор реагентов для определения АСТ (GOD (ASAT) liquiUV), 1550(5х310) тестов №12021600	Общая аспартатаминотрансфераза ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для анализатора Humastar 600. Упаковка: 1550 (5х310) тестов. На каждый из флаконов с реагентом в наборе нанесен идентификационный штрих-код, обеспечивающий автоматическое считывание анализатором информации о назначении реагента, количестве тестов, номере лота и дате истечения срока годности. Пробы: сыворотка, плазма. Метод измерения: кинетический, по рекомендации IFCC.	набор	не менее 5 месяцев	6
4	Набор реагентов для определения билирубина прямого (Auto- Bilirubin-D liquicolor) 1050 (5х210) №10741600	Конъюгированный (прямой, связанный) билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ. Для анализатора Humastar 600. Упаковка: 1050 (5х210) тестов. На каждый из флаконов с реагентом в наборе нанесен идентификационный штрих-код, обеспечивающий автоматическое считывание анализатором информации о назначении реагента, количестве тестов, номере лота и дате истечения срока годности. Пробы: сыворотка, плазма. Метод измерения: фотометрический DPD метод.	набор	не менее 5 месяцев	4
5	Набор реагентов для определения билирубина общего (Bilirubin liquicolor) 1050 (5х210) №10742600	Общий билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ. Для анализатора Humastar 600. Упаковка: 1050 (5х210) тестов. На каждый из флаконов с реагентом в наборе нанесен идентификационный штрих-код, обеспечивающий автоматическое считывание анализатором информации о назначении реагента, количестве тестов, номере лота и дате истечения срока годности. Пробы: сыворотка, плазма. Метод измерения: фотометрический DPD метод.	набор	не менее 5 месяцев	6
6	Набор реагентов для определения гамма-ГТ (Gamma Glutamil Transferase liquicolor) 750(3х250) №12023600	Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для анализатора Humastar 600. Упаковка: 750 (3х250) тестов. На каждый из флаконов с реагентом в наборе нанесен идентификационный штрих-код, обеспечивающий автоматическое считывание анализатором информации о назначении реагента, количестве тестов, номере лота и дате истечения срока годности. Пробы: сыворотка, плазма. Метод измерения: кинетический колориметрический по Persijn & van der Slik.	набор	не менее 5 месяцев	2
7	Набор реагентов для определения креатинина (Creatinine liquicolor)1250(5х250) №10052600	Креатинин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ. Для анализатора Humastar 600. Упаковка: 1250 (5х250) тестов. На каждый из флаконов с реагентом в наборе нанесен идентификационный штрих-код, обеспечивающий автоматическое считывание анализатором информации о назначении реагента, количестве тестов, номере лота и дате истечения срока годности. Пробы: сыворотка, плазма. Метод измерения: кинетический Яффе.	набор	не менее 5 месяцев	5

8	Набор реагентов для определения креатинкиназы (CK NAC liquiUV) 360(2x180) №12015600	Общая креатинкиназа ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для анализатора Humastar 600. Упаковка: 360 (2x180) тестов. На каждый из флаконов с реагентом в наборе нанесен идентификационный штрих-код, обеспечивающий автоматическое считывание анализатором информации о назначении реагента, количестве тестов, номере лота и дате истечения срока годности. Пробы: сыворотка, плазма. Метод измерения: кинетический, по рекомендации IFCC и ECCLS.	набор	не менее 5 месяцев	2
9	Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом (1250(5x250) тестов) №10521600	Набор реагентов для определения мочевины (Urea) с артикулом 10521600 Назначение: Количественное определение мочевины в сыворотке, плазме крови и моче. специально для использования на автоматическом биохимическом анализаторе HumaStar 600, упаковка на 1250 (5x250) тестов. Кинетический метод	набор	не менее 5 месяцев	6
10	Набор реагентов для определения мочевой кислоты 1250(5x250) тестов №10694600	Набор реагентов для определения мочевой кислоты (артикул 10694600) производства Human (Германия) предназначен для количественного определения уровня мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче. Упаковка на 1250 (5x250) тестов	набор	не менее 5 месяцев	6
11	Набор реагентов для определения триглицеридов (Triglycerides liquicolor) 630(3x210) №10724600	Триглицерид ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для анализатора Humastar 600. Упаковка: 630 (3x210) тестов. На каждый из флаконов с реагентом в наборе нанесен идентификационный штрих-код, обеспечивающий автоматическое считывание анализатором информации о назначении реагента, количестве тестов, номере лота и дате истечения срока годности. Пробы: сыворотка, плазма. Метод измерения: ферментативный колориметрический (GPO-PAP) с антилипидным фактором.	набор	не менее 5 месяцев	4
12	Набор реагентов для определения холестерина (Cholesterol liquicolor) 450(3x150) №10028600	Общий холестерин ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для анализатора Humastar 600. Упаковка: 450 (3x150) тестов. На каждый из флаконов с реагентом в наборе нанесен идентификационный штрих-код, обеспечивающий автоматическое считывание анализатором информации о назначении реагента, количестве тестов, номере лота и дате истечения срока годности. Пробы: сыворотка, плазма. Метод измерения: ферментативный колориметрический (CHOD-PAP) с антилипидным фактором.	набор	не менее 5 месяцев	9

13	Набор растворов для промывки зонда (Tip Cleaning kit) 4х20 мл №16663/25	Набор растворов для промывки зонда для анализатора закрытого типа Humastar 600. Фасовка: 2(4х20 мл). Содержит моющий и ополаскивающий растворы. Состав моющего раствора: NaOH, 1,65 г/л, детергент 0,1%. Состав ополаскивающего раствора: детергент 0,125%, азид натрия <0,1%.	упак	не менее 5 месяцев	2
14	Набор реагентов для определения холестерина высокой плотности ЛПВП (HDL Cholesterol liquicolor) 360 (2х180) №10084600	Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для анализатора Humastar 600. Упаковка: 360 (2х180) тестов. На каждый из флаконов с реагентом в наборе нанесен идентификационный штрих-код, обеспечивающий автоматическое считывание анализатором информации о назначении реагента, количестве тестов, номере лота и дате истечения срока годности. Пробы: сыворотка, плазма. Метод измерения: прямой гомогенный ферментативный.	набор	не менее 5 месяцев	2
15	Набор реагентов для определения холестерина низкой плотности ЛПНП (LDL Cholesterol liquicolor) 180 (2х90) №10094600	Холестерин липопротеинов низкой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ. Для анализатора Humastar 600. Упаковка: 180 (2х90) тестов. На каждый из флаконов с реагентом в наборе нанесен идентификационный штрих-код, обеспечивающий автоматическое считывание анализатором информации о назначении реагента, количестве тестов, номере лота и дате истечения срока годности. Пробы: сыворотка, плазма. Метод измерения: прямой гомогенный ферментативный.	набор	не менее 5 месяцев	2
16	Набор реагентов для определения альбумина (Albumin liquicolor) 900(6х150) №10560600	Альбумин ИВД, реагент. Для анализатора Humastar 600. Упаковка: 900 (6х150) тестов. На каждый из флаконов с реагентом в наборе нанесен идентификационный штрих-код, обеспечивающий автоматическое считывание анализатором информации о назначении реагента, количестве тестов, номере лота и дате истечения срока годности. Пробы: сыворотка, плазма. Метод измерения: бромкрезоловый зеленый.	набор	не менее 5 месяцев	2
17	Наборы реагентов in vitro для биохимических исследований: 12. Набор мультикалибраторов (Autocal). (4х5 мл) №13160	Назначение: Для калибровки автоанализаторов в клинической биохимии. Аттестовано около 30 методов для реагентов производства Human. Состав набора: лиофилизированный мультикалибратор на основе сыворотки человека. Аттестовано 28 параметров для Autohumalyzer 900S+/A5, Humastar 180/300/600. Субстраты - альбумин, билирубин общий/ прямой, глюкоза, креатинин, мочевина, мочевая кислота, общий белок, триглицериды, холестерин, холестерин ЛПВП/ ЛПНП; электролиты - кальций, магний, фосфор, хлориды; ферменты - АЛТ, АСТ, амилаза, амилаза панкреатическая, гамма ГТ, кислая фосфатаза, простатическая кислая фосфатаза, креатинкиназа,	набор	не менее 5 месяцев	1

		креатинкиназа МВ, ЛДГ, липаза, щелочная фосфатазаФасовка: 4х5 мл. Стабильность после разведения: при температуре хранения +2...8°С - 7 дней, при -20°С - 1 месяц ; при комнатной температуре (+15...25°С) - 8 часов.			
18	"Наборы реагентов для биохимических исследований in vitro:22. Набор контрольных материалов (Humatrol N) (6х5 мл) №13511	13511 Наборы реагентов для биохимических исследований in vitro. Набор контрольных материалов (Humatrol N), 6х5 мл. Набор реагентов - контрольный материал для анализатора Humastar 600. Назначение: Для калибровки, контроля качества в клинической лаборатории. 40 аттестованных показателей. Аттестованные значения в области нормальных значений. Состав набора: Лиофилизированный контрольный материал на основе бычьей сыворотки. Стабильность после разведения: 2-8°С 7 дней, 1 месяц при -20°С. Набор: 6 флаконов по 5 мл.	набор	не менее 5 месяцев	1
19	"Наборы реагентов для биохимических исследований in vitro: 23. Набор контрольных материалов (Humatrol P) 6х5мл №13512 "	13512 Наборы реагентов для биохимических исследований in vitro. Набор контрольных материалов (Humatrol P Фасовка: 6 флак х5 мл.Набор реагентов - контрольный материал для анализатора Humastar 600. Назначение: Для калибровки, контроля качества в клинической лаборатории. 40 аттестованных показателей. Аттестованные значения в области патологических значений. Состав набора: Лиофилизированный контрольный материал на основе бычьей сыворотки. Стабильность после разведения: 2-8°С 7 дней, 1 месяц при -20°С. Назначение: Для калибровки или контроля качества в клинической лаборатории. Более 40 аттестованных показателей. Аттестованные значения в области патологии. Состав набора: Лиофилизированный контрольный материал на основе бычьей сыворотки. Стабильность после разведения: 2-8°С –7 дней, 1 месяц при - 20°С.	набор	не менее 5 месяцев	1