ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.
2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.
3) Товар должен быть новым, ранее не использованным. Целостность упаковки при поставке не нарушена.
4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:
- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 4 месяцев;
- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 9 месяцев;
- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;
- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.
6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул. Октябрьская, д.35
7) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:
- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия.
Предмет договора: Поставка реагентов для проведения иммуноферментного анализа производства АО "Вектор-Бест".

Объем и характеристики поставляемого товара:

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg	Набор реагентов для выявления HBs-антигена вируса гепатита В. Метод одностадийный с однократным внесением конъюгата. Выявление HBsAg разной субтиповой принадлежности и мутантных форм. Количество выполняемых тестов не менее 96. Образцы для исследования: сыворотка, плазма крови, препараты крови. Объем образца не более 100 мкл. Максимально возможное количество исследованных набором пациентов не менее 91. Наличие жидкого слабоположительного контрольного образца, стабильного на протяжении всего срока годности набора. Готовый, однокомпонентный, не требующий дополнительного разведения рабочий раствор конъюгата. Готовый, однокомпонентный, не требующий дополнительного разведения рабочий раствор тетраметилбензидина. Выявление в наборе двух чувствительностей при разных режимах инкубации: 0,01 МЕ/мл и 0,05 МЕ/мл. Прогрев компонентов набора перед работой до температуры (в диапазоне) не менее чем от 18 до 26ºС. Объем внесения стоп-реагента в лунку планшета не более 100 мкл. Анализ исследуемых образцов в дублях не предусмотрен. Отсутствие лунок для контроля конъюгата и ТМБ. Добавочный коэффициент при определении ОП Крит (Cut Off) - величина постоянная независимо от серии набора . Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Дробное использование набора после вскрытия на протяжении всего срока годности набора.	набор	55
2	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С.	Назначение : для определения суммарных антител к вирусу гепатита С. Количество выполняемых тестов не менее 96. Образцы для исследования: сыворотка, плазма крови, препараты крови человека. Объем образца не более 40 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Максимально возможное количество исследованных набором независимых пациентов не менее 93. Готовые, однокомпонентные, не требующие дополнительного разведения рабочие растворы конъюгата и ТМБ. Дополнительные компоненты (разовые емкости для растворов, наконечники для пипеток, клейкая пленка для планшетов). Объем внесения стоп-реагента в лунку планшета не более 100 мкл. Спектрофотометрический контроль внесения образцов и реагентов. Анализ исследуемых образцов в дублях не предусмотрен. Отсутствие лунок для контроля конъюгата и ТМБ. Добавочный коэффициент при определении ОП Крит (Cut Off) - величина постоянная независимо от серии набора . Расчет коэффициента позитивности положительных образцов. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Дробное использование набора после вскрытия на протяжении всего срока годности набора.	набор	55
3	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу клещевого энцефалита.	Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу клещевого энцефалита. Метод двухстадийный , основанный на методе "захвата", без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к IgM человека. Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение сыворотки не менее 1:100). Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений. Дополнительные компоненты (разовые емкости для растворов, наконечники для пипеток, клейкая пленка для планшета, планшет для предварительного разведения образцов) - наличие. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Дробное использования набора после вскрытия на протяжении всего срока годности набора.	набор	1

4	Набор реагентов для иммуноферментного выявления и количественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита.	Назначение: для иммуноферментного выявления и количественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита. Метод должен быть двухстадийным без предварительной промывки планшета. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным антигеном ВКЭ), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100); диапазон концентраций калибраторов не менее чем от 0 до 1600 Ед/мл (не менее 4 калибровочных образцов). Наличие контрольной сыворотки с определенной концентрацией. Чувствительность не более 5 Ед/мл. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности.Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, планшета для предварительного разведения сывороток, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Дробное использования набора после вскрытия на протяжении всего срока годности набора.	набор	1
5	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителям клещевого боррелиоза.	Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма). Двухстадийный метод без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Borrelia burgdorferi s.l.), объем образца не более 10 мкл, объемное равенство контролей и образцов. Рабочее разведение исследуемого образца не более 1:10. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Максимально возможное количество исследованных набором независимых пациентов не менее 93. Отсутствие лунок для контроля ТМБ. Возможность дробного использования набора.	набор	1
6	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к цитомегаловирусу.	Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу. Метод двухстадийный без предварительной промывки. Количество определений не менее 96 (планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными белками ЦМВ), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Возможность дробного использования набора после вскрытия в течение всего срока годности набора.	набор	1
7	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу.	Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными белками ЦМВ), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Возможность определения титра антител. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия реагентов в течение всего срока годности набора.	набор	1
8	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу.	Назначение: для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу. Метод трехстадийный без предварительной промывки планшет, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными белками ЦМВ. Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения образцов в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дополнительной регистрации результатов теста при длине волны 405 нм. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия.	набор	1
9	Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii	Назначение: для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii). Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), не менее 5 калибровочных растворов с концентрациями в диапазоне не менее от 0 до 1000 МЕ/мл. Чувствительность не более 1,0 МЕ/мл. Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения анализируемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Возможность дробного использования набора после вскрытия на протяжении всего срока годности набора.	набор	1

10	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondi	Назначение:для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii). Объем образца не более 10 мкл. Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Таблица определения предполагаемого срока инфицирования.	набор	1
11	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови.	Назначение: для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови. Метод трехстадийный без предварительной промывки планшет, планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii). Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:100), цветовая индикация внесения образцов в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, планшета для предварительного разведения сывороток, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности набора.	набор	1
12	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum	Набор реагентов для выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке/плазме крови и ликворе человека. Метод одностадийный, не требующий предварительной промывки. Обьем образца ≤ 10 мкл. Максимально возможное количество исследованных набором независимых пациентов ≥93. Внесение образцов в рабочий раствор конъюгата. Спектрофотометрический контроль внесения исследуемых образцов в лунки с раствором конъюгата. Стабильность рабочего раствора конъюгата и тетраметилбензидина ≥10 ч. Дополнительные компоненты (разовые емкости для растворов, наконечники для пипеток, клейкая пленка для планшета). Объем внесения стоп-реагента в лунку планшета ≤100 мкл. Постановка исследуемых сывороток в дублях не предусмотрена. Добавочный коэффициент при определении ОП Крит (Cut Off) - величина постоянная независимо от серии набора. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Дробное использование набора после вскрытия на протяжении ≥ 12 мес.	набор	45
13	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis.	Назначение: для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96, планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном C. trachomatis. Объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Дробное использования набора после вскрытия на протяжении всего срока годности набора.	набор	1
14	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis	Назначение: для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к антигенам Chlamydia trachomatis. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами C. trachomatis, объем образца не более 10 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения обрвзцов. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности набора.	набор	1
15	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Trichomonas vaginalis в сыворотке (плазме) крови	Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Trichomonas vaginalis в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (планшет разборный с иммобилизованным антигеном Tr. vaginalis), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы интерпретации результатов и перевода оптической плотности в титры антител. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны.	набор	1
16	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови	Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96. Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия набора.	набор	1

17	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов.	Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 , объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшет для предварительного разведения исследуемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия.	набор	1
18	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови.	Назначение: для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови. Метод трехстадийный без предварительной промывки планшет, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок антигеном ВПГ, готовый для использования. Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение сыворотки не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дополнительной регистрации результатов теста при длине волны 405 нм. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия.	набор	1
19	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови.	Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок ядерным антигеном вируса Эпштейна-Барр), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата (моноклональные антитела к IgG человека с пероксидазой хрена) и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Количественная оценка содержания специфических IgG. Дополнительная регистрация результатов теста при длине волны 405 нм. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны, Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора.	набор	1
20	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови.	Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (планшет разборный с иммобилизованным капсидным антигеном VCA вируса Эпштейна-Барр), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора.	набор	1
21	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 2 типа в сыворотке (плазме) крови.	Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 2 типа в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным белком gG ВПГ-2), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения образцов. Возможность выдачи результатов в титрах. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Дробное использования набора после вскрытия на протяжении всего срока годности набора.	набор	1
22	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 2 типа в сыворотке (плазме) крови.	Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 2 типа в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным белком gG ВПГ-2), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия реагентов в течение всего срока годности набора.	набор	1

23	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 2 типа в сыворотке (плазме) крови	Назначение:для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 2 типа в сыворотке (плазме) крови. Метод трехстадийный без предварительной промывки планшет, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным белком gG ВПГ-2. Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Возможность дополнительной регистрации результатов теста при длине волны 405 нм. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Возможность дробного использования набора с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора.	набор	1
24	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови.	Назначение: для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. ИФА, трехстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора.	набор	1
25	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к капсидным антигенам VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови.	Назначение:для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к капсидным антигенам VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет, планшет разборный с иммобилизованным капсидным антигеном вируса Эпштейна-Барр. Количество определений не менее 96, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора.	набор	1
26	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealiticum	Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealiticum. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Ureaplasma urealyticum, объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы перевода оптической плотности в титры антител. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Возможность дробного использования набора.	набор	2
27	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к антигенам Ureaplasma urealiticum	Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к антигенам Ureaplasma urealiticum. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Ureaplasma urealyticum, объем образца не более 20 мкл. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: готового рабочего раствора тетраметилбензидина, унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны.	набор	1
28	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к микобактериям туберкулеза.	Назначение: для иммуноферментного выявления суммарных антител к микобактериям туберкулеза. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет с возможностью определения суммарных антител классов А, М и G к антигенам M.tuberculosis. Количество определений не менее 96 (планшет разборный с иммобилизованными антигенами микобактерий), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора.	набор	1
29	Набор реагентов для количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи.	Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96. Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения образцов в лунки планшета. Чувствительность не более 2 МЕ/мл. Должен быть предусмотрен учет результатов при длине волны 405 нм для сывороток с высокой ОП. Наличие готовых жидких калибраторов в диапазоне не менее 0-800 МЕ/мл – не менее 6 шт. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток, трафаретов для построения калибровочного графика . Отсутствие лунок для бланка. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Дробное использование набора на протяжении всего срока годности.	набор	1

30	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи.	Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96. Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора.	набор	1
31	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи.	Назначение:для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи. Метод трехстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Возможность дополнительной регистрации при 405 нм, если ОП образца выше динамического диапазона спектрофотометра. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора.	набор	1
32	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл в сыворотке (плазме) крови.	Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 192. Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Определение титра антител в положительных образцах. Дополнительные компоненты (разовые емкости для растворов, наконечники для пипеток, клейкая пленка для планшета, планшет для предварительного разведения исследуемых образцов). Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Дробное использование набора после вскрытия на протяжении всего срока годности набора.	набор	28
33	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме) крови	Назначение: для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме крови). Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96. Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:100). Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, готовых контрольных образцов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения сывороток, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Определение титра антител в положительных образцах. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора.	набор	15
34	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса A,G, M к антигенам лямблий.	Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса A, G, M к антигенам лямблий. Количество определений не менее 96 . Метод: двухстадийный, без предварительной промывки планшета. Объем образца не более 10 мкл. Рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:100. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений. Дополнительные компоненты (разовые емкости для растворов, наконечники для пипеток, клейкая пленка для планшета, планшет для предварительного разведения исследуемых образцов). Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Определение коэффициента позитивности - наличие. Определения титра антител - наличие. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Дробное использования набора после вскрытия на протяжении всего срока годности набора.	набор	10
35	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител (A, G, M) к антигену CagA Helicobacter pylori.	Назначение: для иммуноферментного выявления суммарных антител (A, G, M) к антигену CagA Helicobacter pylori. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96, планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном CagA Helicobacter pylori. Объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Наличие: готового раствора тетраметилбензидина, унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Добавочный коэффициент при определении ОП Крит (Cut Off) - величина постоянная независимо от серии набора .	набор	10
36	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis.	Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96, объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующие дополнительных разведений, стабильный на протяжении всего срока годности набора. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблица интерпретации результатов и перевода в титры. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны.	набор	1

37	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Mycoplasma hominis.	Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Mycoplasma hominis. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96, объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующий дополнительных разведений, стабильный на протяжении всего срока годности набора. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны.	набор	1
38	Набор реагентов для иммунохроматографического выявления иммуноглобулинов класса G к хантавирусам	Набор реагентов для иммунохроматографического выявления иммуноглобулинов класса G к хантавирусам. Предназначен для экспресс-выявления иммуноглобулинов класса G (IgG) к хантавирусам в сыворотке (плазме), цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа. Набор рассчитан на проведение анализа не менее 10 образцов. Время реакции не более 5 минут. Состав набора: тест-кассеты для выявления IgG к хантавирусам: не менее 10 шт.; буфер для элюции (БЭ): не менее 1 фл. (не менее 2,0 мл). Хранение набора при температуре (2 – 8)°С в течение всего срока годности набора – не менее 24 месяцев. Срок хранения БЭ после вскрытия – не менее 6 месяцев при температуре (2-8)°С.	набор	2
39	Набор реагентов для иммунохроматографического выявления иммуноглобулинов класса М к хантавирусам	Набор реагентов для иммунохроматографического выявления иммуноглобулинов класса М к хантавирусам. Предназначен для экспресс-выявления иммуноглобулинов класса М (IgM) к хантавирусам в сыворотке (плазме), цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа. Набор рассчитан на проведение анализа не менее 10 образцов. Время реакции не более 5 минут. Состав набора: тест-кассеты для выявления IgM к хантавирусам: не менее 10 шт.; буфер для элюции (БЭ): не менее 1 фл. (не менее 2,0 мл). Хранение набора при температуре (2 – 8)°С в течение всего срока годности набора – не менее 24 месяцев. Срок хранения БЭ после вскрытия – не менее 6 месяцев при температуре (2-8)°С.	набор	2
40	Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения суммарного ревматоидного фактора в сыворотке (плазме) крови	Назначение:для иммуноферментного количественного и качественного определения суммарного ревматоидного фактора в сыворотке крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96, объем образца не более 10 мкл, рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:100, верхний диапазон концентрации калибратора не менее 300 Ед/мл, чувствительность не более 1,0 Ед/мл. Количество калибраторов не менее 6 шт; готовая контрольная сыворотка с определенной концентрацией. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов, трафарета для построения калибровочного графика. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений. Отсутствие лунок для контроля ТМБ. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны. Дробное использования набора после вскрытия на протяжении всего срока годности набора.	набор	12
41	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации аутоиммунных антител класса G к двухцепочечной ДНК в сыворотке крови.	Назначение: для иммуноферментного определения концентрации аутоиммунных антител класса G к двухцепочечной ДНК в сыворотке крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение сыворотки не менее 1:100), диапазон измерений не менее чем от 0 до 200 МЕ/мл, чувствительность не более 2 МЕ/мл. Количество калибраторов не менее 6 шт. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения образцов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Отсутствие лунок для контроля ТМБ. Измерение результатов исследования в двухволновом режиме с использованием референсной длины волны.	набор	2